




## SONDE DE TAMPONNEMENT A DOUBLE BALLONNET

(attention : en cas de traumatisme crânien grave risque de positionnement intracérébral)





Insertion sonde



Gonflage ballonnet postérieur : 5 à 10 mL max  
Puis effectuer une légère traction sur la sonde pour le bloquer dans la choane

